

Apparative Ausstattung

Die mit Langzeit-EKG-Geräten erbrachten Leistungen sind nur berechnungsfähig, wenn der abrechnende Arzt den Nachweis darüber führen kann, dass das Gerät den nachstehend genannten Anforderungen vollständig genügt. Eine entsprechende Gewährleistungsgarantie des Herstellers erfüllt diese Bedingungen.

Name, Gerätetyp und Hersteller des Gerätes / Baujahr
(bitte fügen Sie Prospektmaterial bei)

C3+ Holter Monitor Aufzeichnungsgerät / Typ IIa, 2021 | Cortrium ApS - German Branch, Leipziger Platz 15, 10117 Berlin
Cardiolund AB, EKG Analyse Software, Algorithmus zur LZ-EKG Auswertung, EKG Rohdaten Datei vorhanden, 2021

Cardiolund AB, Org.-nr 556810-5786, Scheelevägen 17, SE-223 63 Lund

Das Gerät erfüllt folgende Voraussetzungen:

- Computergestützte Auswertung ist vorhanden
- Kontinuierliche Aufzeichnung über 24 Stunden bei simultaner zweikanaliger EKG-Ableitung ist gegeben
- Der im Gerätesystem vorhandene Dokumentationsspeicher gewährleistet, dass auch bei gehäuft auftretenden Ereignissen eine fachlich qualifizierte Beurteilung möglich ist.
- Die Dokumentation aller wichtigen Ereignisse ist möglich
wichtige Ereignisse sind:
 - Asystolien über 2,0 sec. Dauer
 - supraventrikuläre Tachykardie
 - Vorhofflimmern
 - Vorhofflattern
 - ventrikuläre Extrasystolen
 - höhergradige tachykarde ventrikuläre Rhythmusstörungen
 - Kammertachykardie
 - Kammerflimmern
 - Kammerflattern
- Gesamtdauer der auswertbaren Aufzeichnungen beträgt mindestens 18 Stunden
- Darstellung des Frequenzverlaufs über die gesamte Aufzeichnungsdauer
- Ausreichende Genauigkeit ist gegeben
Durch eine herstellerunabhängige Überprüfung mittels Einzelschlaganalyse anhand evaluierten Datenmaterials (z.B. AHA- oder MIT-Referenzbänder) muss eine medizinischen Erfordernissen entsprechende Genauigkeit belegt werden.
- Die Möglichkeit der vereinbarten oder ereignisabhängigen Markierung durch den Patienten ist gewährleistet.

Hiermit wird betätigt, dass das o.g. Gerät durch den Antragsteller käuflich erworben wurde und die genannten Voraussetzungen erfüllt.

 

 

Philippe Wagniez Jørgensen, CEO Cortrium ApS
Jacob Svenson, CEO Cardiolund

Unterschrift des Geräteherstellers

Kopenhagen / Lund, 29. Januar 2024

Datum

Datum

Unterschrift des Praxisinhabers/Leiter des MVZ

Praxisstempel

Unterschrift angestellter Arzt