

E-Mail genehmigung@kv-rlp.de
Fax 06131 326-327
Telefon 06131 326-326

www.kv-rlp.de/913555

Langzeit-EKG

Gewährleistung der apparativen Ausstattung durch den Hersteller/Lieferanten

Name des Vertragsarztes bzw.
der abrechnenden Stelle
(anstellender Vertragsarzt, MVZ, Institut): _____

I. Aufnahmegerät

I.1 Der o.a. Vertragsarztpraxis steht zur computergestützten Aufzeichnung von Langzeit-EKG's folgendes Gerät zur Verfügung:

Herstellerfirma: Cortrium ApS - German Branch
Typenbezeichnung: C3+ Holter Monitor Aufzeichnungsgerät / Typ IIa
Seriennummer: _____
Baujahr: 2021
Apparatur betriebsbereit ab/seit: sofort

I.2 Gerätestandort: _____
(Ort, Straße, Hausnummer)

I.3 Erklärungen:

I.3.1 Das angegebene Gerät gewährleistet eine kontinuierliche Aufzeichnung über 24 Stunden bei simultaner, mindestens 2-kanaliger EKG-Ableitung

ja nein

I.3.2 Die Aufzeichnung erfolgt

diskontinuierlich kontinuierlich

II. Analysegerät

II.1 Der o.a. Vertragsarztpraxis steht zur computergestützten Auswertung von Langzeit-EKG's folgendes Gerät zur Verfügung:

Herstellerfirma: Cardiolund AB, Org.-nr 556810-5786
Typenbezeichnung: Cardiolund AB,EKG Analyse Software,Algorithmus
Seriennummer: LZ-EKG Auswertung,EKG Rohdaten Datei vorhand
Baujahr: 2021
Apparatur betriebsbereit ab/seit: sofort

II.2 Gerätestandort: Scheelevägen 17, SE-223 63 Lund
(Ort, Straße, Hausnummer)

II.3 Erklärungen

II.3.1 Mit dem angegebenen Gerät ist die kontinuierliche oder diskontinuierliche Erfassung der nachstehenden Ereignisse möglich.

Asystolie über 2,0 sec. Dauer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
supraventrikuläre Tachykardie	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Vorhofflimmern	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Vorhofflattern	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
ventrikuläre Extrasystolen	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
höhergradige tachykarde ventrikuläre Rhythmusstörungen	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kammertachykardie	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kammerflattern	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kammerflimmern	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

II.3.2 Der im Gerät vorhandene Dokumentationsspeicher gewährleistet, dass bei gehäuft auftretenden Ereignissen eine in quantitativer Hinsicht korrekte Beurteilung möglich ist.

ja nein

II.3.3 Dieses Gerät ermöglicht eine

diskontinuierliche Auswertung kontinuierliche Auswertung

II.3.4 Das Gerät verfügt über eine Einrichtung zur miniaturisierten Aufzeichnung eines kontinuierlich aufgezeichneten Langzeit-EKG's einschließlich nachträglich erforderlicher echtzeitanaloger Dokumentation suspekter Ereignisse.

ja nein

II.3.5 Das Gerät verfügt über eine Einrichtung zur mindestens 2-kanaligen Ereigniskontrolle am Monitor und gleichzeitiger echtzeitanaloger Dokumentation signifikanter Ereignisse.

ja nein

Kopenhagen / Lund, 29. Januar 2024

Datum

~~Philippe Wargniez Jørgensen~~, CEO Cortrium ApS, ~~Jacob Svenson~~, CEO Cardiolund

Unterschrift und Stempel der Hersteller-/Lieferantenfirma

  Cortrium

  Cardiolund